

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 江洪	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 嘉应学院医学院附属医院	
项目信息	项目名称: 兴宁市人民医院医用 X 线附属部件采购	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>CT 对球管有严格的精度和匹配性的要求, 非原厂原装球管的参数看起来和原装球管一样, 但缺乏与整机做精度匹配检测。球管是系统配置表的重要组成部分, 不允许擅自改变。必须使用原装球管, 因此此球管具有不可替代的专利。独有技术, 导致只能从单一特定供应商处采购, 且没有可以匹配项目功能定位同等要求的其他替代技术方案。</p>	
专业人员签字	江洪	日期: 2024年9月12日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李再文	
	职称: 讲师	
	工作单位: 嘉应学院医学院	
项目信息	项目名称: 兴宁市人民医院医用 X 线附属部件采购	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>COMATOM Definition AS CT系列 CT球管拥有全球领先的专利技术和不断改进的球管生产工艺。其阳极直接纯钨球管技术是业界“鼎鼎大名”的 0 钨球管。阳极热容量 0.6MHu, 阳极热容量达到 50MHu。球管是系统配置表中重要组成部分。西门子独有的“0 钨球管”与该系列 CT 最佳匹配。并取得 SDF A 认证。可使 CT 技术获得最好图像。CT 球管使用寿命长。建议采购西门子球管。</p>	
专业人员签字	李再文	日期: 2024 年 9 月 12 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吴智勇	
	职称: 律师	
	工作单位: 广东信谨律师事务所	
项目信息	项目名称: 兴宁市人民医院医用 X 线附属部件采购	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>一、安全卫生、匹配卫生方面。 非原厂原装球管, 虽然参数一样, 但设计理念不同, 和 CT 整机没有做匹配检测, 很难保证对设备是安全的, 球管不是单独存在能使用的设备, 要达到和 CT 整机匹配才能安全、高效和最佳图像。</p> <p>二、SOMATOM Definition AS 128 层系列 CT 球管优点: 此球管有 SDEA 认证, 可获得最佳图像质量, 有最佳球管寿命和最高设备开机率, 使 CT 工作能力达到最佳状态。</p> <p>三、此设备由西门子公司生产, 不是国家法律、法规禁止或限制卫生进口产品, 从能达到匹配卫生及最佳图像质量角度出发, 建议采用单一来源采购方式采购。</p>	
专业人员签字	吴智勇	日期: 2024 年 9 月 12 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。